



# HOSPCOM

Porque a vida exige precisão.

GDB COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP  
CNPJ: 23.813.386/0001-56, Inscrição Estadual: 28.414.095-3, Inscrição Municipal: 0021205200-0  
Endereço: Rua Antônio Viera, N° 76, Jardim Bela Vista, Campo Grande - MS, CEP 79.003-071  
Tel: (62) 3241 - 5555 e (67) 3028 - 6928  
www.hospcom.net

Ao  
Fundo Municipal De Saúde De Paranaiguara/Go - Fms  
Ref.: Pregão Presencial nº 33/2018  
Abertura: 27/08/2018 às 08:15h

## IMPUGNAÇÃO

A **GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 23.813.386/0001-56, com sede na RUA ANTONIO VIEIRA, Nº 76, JARDIM BELA VISTA, CAMPO GRANDE MS, CEP 79.003-071, por seu representante legal ao final assinado, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nas disposições do Ato de Convocação (Edital) e nas Leis nº 10.502/02 e 8.666/93, dentro do prazo legal, apresentar **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL** pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

## DA TEMPESTIVIDADE

Visto a lei em vigor no que tange a tempestividade para interposição de recursos e impugnações, e citado também no **ITEM 6 E SUBITEM 6.1.** do edital supracitado, esta peça é tempestiva, pois fato que é impetrada em tempo hábil, ou seja, está de acordo com o prazo legal de até 2 (dois) dias úteis estabelecido em edital e em conformidade com a lei em vigor.

## DOS FATOS

Nos termos que se observa do edital em referência, Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, certame que tem como finalidade a **aquisição de material permanente, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.** Interessada em participar do pregão eletrônico acima mencionado, a petionária obteve cópia do Edital, oportunidade em que notou a existência de condições que se tornam barreiras para alcançar o principal objetivo do Processo Licitatório, qual seja, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

## DOS APONTAMENTOS

Em análise ao edital em epígrafe, especialmente ao **ITEM Nº 22** que trata de **MONITOR MULTIPARAMÉTRICO**, o descritivo técnico do mesmo apresenta irregularidades que limitam a participação de outras empresas, as quais valem citar:

Senhores, referente ao solicitado nos acessórios do item 22 **MONITOR MULTIPARAMÉTRICO**, não foram encontrados nos manuais do operador registrados junto a ANVISA (considerando os principais distribuidores de monitores) algo que atenda a solicitação de "02 Cabos intermediários de Pressão Invasiva compatíveis com padrão AAMI para utilização de